 <p>Promigas GERENCIA TÉCNICA</p>	<p align="center">CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN OTDR</p>	<p>VERSIÓN: 2 CÓDIGO : FTPF-018 PÁGINA: 1 DE 1</p>
---	---	--

Fecha de Verificación: 10 de Febrero de 2009

Consecutivo: 014

Datos del Equipo Patrón:

Marca: EXFO

Modelo: FTB-200

Serial Plataforma: 403735

Serial OTDR: 399596

Código: BQ-07

Propietario: PROMITEL S.A.

Calibración: 11/01/07

Ciudad de Servicio: Barranquilla

Datos del Equipo en Prueba

Marca: ACTERNA

Modelo: MTS 5100EO

Serial Plataforma: 12049

Serial OTDR: 12939

Código: BG-03

Propietario: EME INGENIERIA LTDA.

Calibración: ENERO/08

Ciudad de Servicio: Bucaramanga

Detalle Ambientales:

Temperatura Ambiente: 23.9 °C

Humedad Relativa: 68 %

Fecha de Calibración: 26/09/2008

Serial del Termo higrómetro: H076354

Datos de la Prueba:

Procedimiento de Verificación: RTP-009 - Procedimiento de Verificación de Equipos OTDR V1

Aprueba Verificación: Si ☒ - ☐ No

Observaciones: Ninguna - Todo conforme

Fecha de Próxima Verificación: Agosto de 2009

Realizó:

Jose R. Escobar P.
10/02/2009.

Revisó:

M. Moreno L. 13/02/09



GERENCIA TÉCNICA


HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: FTP-001

PÁGINA 1 DE 2

NOMBRE DEL EQUIPO:	OTDR. REFLECTÓMETRO OPTICO DE DOMINIO TEMPORAL	CODIGO IDENTIFICACION:	OTDR-BG-03
CONTACTO EN EL PROVEEDOR:	GONZALO JAIMES (EME Ingeniería Ltda)	FECHA RECEPCION:	DICIEMBRE 16 DE 2005. PROMITEL DIC. 26 - 2006
TIPO Y/O MODELO:	ACTERNA MTS 5100EO. MODELO (OTDR) 5026 DR. MODELO (POWER METER) 50600 PM.	FECHA PUESTA EN SERVICIO:	PROMITEL DIC. 26 - 2006
NUMERO DE SERIE:	12939 (MODULO OTDR) 1619 (MOD. POWER METER)	ESTADO INCORPORACION:	NUEVO
RANGO DE MEDICIÓN:	05 dBm HASTA - 70 dBm (POTENCIA)	INSTRUCCIONES FABRICANTE:	MANUAL DEL USUARIO
RESOLUCION:	0.001 dB	UBICACIÓN:	BUCARAMANGA (CONTRATISTA DE EMPALMERIA DE FIBRA)
EXACTITUD:	+/- 0.05 dB	ASIGNADO A:	JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ
USO:	PRUEBAS DE ATENUACIÓN Y POTENCIA DE FIBRA ÓPTICA		
OBSERVACIONES	PROGRAMA DE CONTROL METROLÓGICO		
Activo fijo chasis (serial) 12049	MANTENIMIENTO	CALIBRACION	VERIFICACION
	3 M	24 M	12 M
HISTORIAL DEL EQUIPO			
FECHA	TRABAJO REALIZADO		
Nov. 10 de 2005	Calibración		
Marzo 16 de 2006	Mantenimiento de puntas de prueba y conectores		
JUNIO 19 / 06	Mantenimiento preventivo (limpieza de conectores)		
Sept. 18 / 2006	Mantenimiento y limpieza de conectores		
	RESPONSABLE		
	ACTERNA FRANCE SAS		
	José L. Velásquez		
	J.L. Velásquez / M. Montes		
	Jox L. Velásquez / M. Montes		



GERENCIA TÉCNICA

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

VERSION: 1

CÓDIGO: FTP-001

PÁGINA 1 DE 2

[illegible]