



ANEXO U


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		Página 2 / 5 Versión 01
	Dirección Administrativa		Fecha: 19/03/10
	Código: OD DA RF-01		Emitido a: Todos los Procesos


DATOS DEL EQUIPO			2010											
No.	NOMBRE DEL EQUIPO	Área de Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Lámpara Cielítica	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
2	Máquina de Anestesia	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
3	Monitor multiparámetro 1	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
4	Monitor multiparámetro 2	R			PR			PR/CA			PR			PR/CA
5	Monitor multiparámetro 3	R			PR			PR/CA			PR			PR/CA
6	Monitor multiparámetro 4	R			PR			PR/CA			PR			PR/CA
7	Succionador quirúrgico con base robadle	Q		CO	PR			PR/CA			PR			PR/CA
8	Succionador portátil	R			PR			PR/CA			PR			PR/CA
9	Torniquete neumático	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
10	Brazaletes MMSS para torniquete neumático	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
11	Brazaletes MMII para torniquete neumático	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
12	Bomba de infusión	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
13	Aire acondicionado central	Q	CO		PR	CO		PR			PR			PR
14	Mango para laringoscopia	Q			PR			PR			PR			PR
15	Hoja para laringoscopia 1	Q			PR			PR			PR			PR
16	Hoja para laringoscopia 2	Q			PR			PR			PR			PR
17	Hoja para laringoscopia 3	Q			PR			PR			PR			PR
18	Hoja para laringoscopia 4	Q			PR			PR			PR			PR
19	Hoja para laringoscopia 5	Q			PR			PR			PR			PR
20	Electro bisturí	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
21	Pedal para electro bisturí	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
22	Lapicero para electro bisturí	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
23	Placa para electro bisturí	Q			PR			PR/CA			PR			PR/CA
24	Compresor aire	Ñ	PR						PR					

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS							Página 3 / 5 Versión 01					
	Dirección Administrativa							Fecha: 19/03/10					
	Código: OD DA RF-01							Emitido a: Todos los Procesos					

25	Pistola aire con manguera	L	PR						PR				
26	Tensiómetro aneroide modelo a pared 1	T			PR			PR/CA			PR		PR/CA
27	Tensiómetro aneroide modelo a pared 2	1			PR			PR/CA			PR		PR/CA
28	Tensiómetro aneroide modelo a pared 3	2			PR			PR/CA			PR		PR/CA
29	Tensiómetro aneroide modelo a pared 4	3			PR			PR/CA			PR		PR/CA
30	Tensiómetro aneroide modelo a pared 5	4			PR			PR/CA			PR		PR/CA
31	Balanza Éxito 1 Max 120 Kg	1		CO	PR			PR/CA			PR		PR/CA
32	Balanza Éxito 2 Max 120 Kg	2	CO		PR			PR/CA			PR		PR/CA
33	Balanza Éxito 3 Max 120 Kg	3	CO		PR			PR/CA			PR		PR/CA
34	Balanza de piso pesa persona capacidad de 180 Kg	4			PR			PR/CA			PR		PR/CA
	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN												
35	Autoclave	I	PR	CO		PR/CA			PR			PR/CA	
	CENTRAL DE GASES												
36	Manifold para O2	G		PR						PR			
37	Manifold para Nitrógeno	G		PR						PR			
38	Toma ciéltica Nitrógeno	Q		PR						PR			
39	Alarma electrónica gases	H		PR						PR			
40	Excedente regulador de alta presión	H		PR						PR			
41	Toma de pared para O2 1	Q		PR						PR			
42	Toma de pared para O2 2	R		PR						PR			
43	Toma de pared para O2 3	R		PR						PR			
44	Toma de pared para O2 4	R		PR						PR			
45	Toma de pared para O2 5	1		PR						PR			
46	Toma de pared para O2 6	P		PR						PR			
	RAYOS X												
47	Equipo para rayos x portátil	X			PR			PR/CA			PR		PR/CA
48	Procesadora de Rayos x	X	PR			PR/CA			PR			PR/CA	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		Página 4 / 5 Versión 01
	Dirección Administrativa		Fecha: 19/03/10
	Código: OD DA RF-01		Emitido a: Todos los Procesos

AREA DE UBICACIÓN	
Quirófano	Q
Recuperación	R
Estación Enfermería	E
Central de Esterilización	I
Trabajo Sucio	S
Trabajo Limpio	L
Depósito	D
Vestier médico	V
Transfer - Preparación paciente	T
Entrada cirugía	H
Central de gases	G
Basuras	Z
Pasillo túnel	J
Consultorio 1	1
Consultorio 2	2
Consultorio 3	3
Consultorio 4	4
Rayos X	X
Procedimientos y yesos	P
Atención prioritaria	A
Fisioterapia	F
Mantenimiento	N
Recepción	U
Caja - Contabilidad	C
Sala de espera	K
Control subestación	W

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		Página 5 / 5 Versión 01
	Dirección Administrativa		Fecha: 19/03/10
	Código: OD DA RF-01		Emitido a: Todos los Procesos

Boutique Linea Blanda	Y
Transformador eléctrico	Z
Gerencia	G
Bienestar Médico	B
Placa 2o piso	Ñ

TIPO DE MANTENIMIENTO	
Preventivo	PR
Correctivo	CO
Calibración	CA